

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ADIPONECTIN CONTROL - LEVEL 2

(Tên trên vỏ hộp - ADPN CONTROL 2)

Mã code sản phẩm: AO 2801

Đóng gói: 3 x 1 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

The Randox Adiponectin Control – mức 2 được thiết kế để sử dụng trong việc nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Adiponectin.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Không hút bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng tránh bình thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm.

Nguồn nguyên liệu từ người, sản phẩm này được tạo ra đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Tờ công bố về dữ liệu an toàn và sức khỏe (MSDS) được cung cấp theo yêu cầu.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Adiponectin Control ổn định cho đến ngày hết hạn được in trên các lọ riêng lẻ khi được bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C, nếu được giữ trong hộp đựng ban đầu và không bị nhiễm bẩn. Chỉ nên loại bỏ lượng sản phẩm cần thiết. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm còn lại nào **KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI** vào lọ ban đầu.

VẬT LIỆU CUNG CẤP

Adiponectin Control – mức 2 3 x 1 ml

VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG CUNG CẤP

Pipette thể tích

CHUẨN BỊ

The Adiponectin Controls sẵn sàng để sử dụng.

GIÁ TRỊ ÁN ĐỊNH

| Mục tiêu | Phạm vi |
|-----------|-----------------|
| 5.9 µg/ml | 5.0 - 6.8 µg/ml |

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com